

**DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION*****Freiwilliger Rückruf bestimmter Chargen von Bausch + Lomb Kontaktlinsenlösungen, augenspülender und augenbefeuchtender Produkte***

Mai 28 2021

Zur Beachtung für Bausch + Lomb Kunden,\*

Bausch + Lomb wurde von einem seiner Drittlieferanten in Mailand, Italien, der einige Komponenten (Flaschen, Stopfen, Deckel) unserer Kontaktlinsenlösungen, augenspülender und augenbefeuchtender Produkte sowie dazugehörige Private Label Marken, vor der Produktion in unserer Produktionsstätte in Mailand, Italien, sterilisiert, über ein Compliance-Problem mit seinem Sterilisationsprozess informiert. Bausch + Lomb ist eines von vielen Unternehmen, welches von diesem Umstand betroffen ist.

Da wir die Einhaltung der Prozess-Compliance-Anforderungen des Lieferanten für einige Komponenten dieser Produkte nicht bestätigen können, führen wir einen freiwilligen Rückruf für bestimmte Chargen von Biotrue® All-in-one, ReNu® MPS Sensitive Eyes®, ReNu® MultiPlus® Fresh Lens Comfort, Boston® Advance Cleaner, Boston® Advance Conditioner, Boston® Simplus, Sensitive Eyes® Kochsalzlösung, EasySept®, Ophtaxia® Augenspüllösung, Sensitive Eyes® Augenbefeuchtungslösung und den dazugehörigen Private Label Marken, die in unserer Produktionsstätte in Mailand, Italien produziert wurden, durch. Eine vollständige Liste der betroffenen Produkte und Chargen befindet sich im Anhang.

Die Gesundheit und Sicherheit aller, die unsere Produkte verwenden, hat für uns oberste Priorität. Obwohl ein geringes Infektionsrisiko für diese Produkte besteht, haben wir uns entschieden, diese bestimmten Chargen unserer Produkte freiwillig zurückzurufen, da wir die Einhaltung der Prozess-Compliance-Anforderungen des Lieferanten für einige Komponenten dieser Produkte nicht bestätigen können. Es wurden bisher keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit diesem Umstand gemeldet.

Keine anderen Bausch + Lomb Produkte oder Produktchargen sind von dieser Maßnahme betroffen.

Alle zuständigen Aufsichtsbehörden sind über diese Maßnahme informiert worden. Weiterhin sind alle Details zu diesem Rückruf in diesem Dokument beschrieben, weswegen keine weiteren Informationen folgen werden.

**ENTFERNEN SIE DAS BETROFFENE PRODUKT AUS IHRER EINRICHTUNG UND KONTAKTIEREN SIE SEDGWICK, DAS UNTERNEHMEN, DAS DEN RECALL IM AUFTRAG VON BAUSCH + LOMB DURCHFÜHRT, FÜR RÜCKSENDEANWEISUNGEN**

Nach unseren Unterlagen hat Ihre Einrichtung Produkte erhalten, die von diesem Rückruf betroffen sind. Wir bitten Sie dringend, die folgenden Schritte als Maßnahme zu ergreifen:

1. Überprüfen Sie die Chargenliste (Anhang 1) dieses Schreibens oder besuchen Sie [BLRecall.expertinquiry.com](http://BLRecall.expertinquiry.com), um zu überprüfen, ob Sie Produkte in Ihrem Bestand haben, die vom Rückruf betroffen sind. Weitere Produktdetails sowie Beispiele des Produktetiketts zur Erleichterung der Identifikation des Produktes finden Sie in Tabelle 1 oder auf [BLRecall.expertinquiry.com](http://BLRecall.expertinquiry.com).
2. Entfernen Sie das betroffene Produkt aus Ihrem Bestand. Verkaufen oder vertreiben Sie dieses nicht weiter.
3. Zählen Sie die Anzahl der betroffenen Produkte, die Sie in Ihrem Bestand identifiziert haben.
4. Vervollständigen Sie das beigefügte Kundenantwortformular (inkl. der Gesamtanzahl der betroffenen Produkte, die in Ihrer Einrichtung identifiziert wurden) und schicken Sie das Formular innerhalb von 5


Tagen per E-Mail an BLRecall@Sedgwick.com. **Es ist wichtig, das Kundenantwortformular zurückzusenden, auch wenn Sie keine Produkte aus den betroffenen Produktchargen in Ihrer Einrichtung haben.**

5. Kontaktieren Sie Sedgwick unter 0800-6270966, um die Abholung des identifizierten Produktes zu arrangieren und Anweisungen zur Materialrücksendegenehmigung zu erhalten.
6. Drucken Sie den beigefügten Verbraucherhinweis (Anhang 2) aus und platzieren Sie ihn an einer für Verbraucher sichtbaren Stelle. Bitte belassen Sie den Verbraucherhinweis 90 Tage lang sichtbar.

Bei Fragen zu diesem Schreiben rufen Sie bitte Sedgwick unter 0800-6270966 an.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre schnelle Mithilfe. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen könnten.

Mit freundlichen Grüßen,



Timo Jackle  
Vice President, Quality, Global Medical Devices  
Bausch + Lomb

®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.  
© 2021 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

**\*WICHTIGER HINWEIS: Diese dringende Sicherheitsinformation muss an alle Personen weitergeleitet werden, die innerhalb Ihrer Einrichtung davon Kenntnis haben, wohin die potentiell betroffenen Produkte geliefert worden sind. Bitte beachten Sie dieses Schreiben und die daraus resultierenden Maßnahmen in einen angemessenen Zeitraum, um die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen zu gewährleisten. Bitte melden Sie alle produktbezogenen Vorfälle an den Hersteller, den Distributor oder den örtlichen Vertreter und ggf. an die nationale, zuständige Behörde, da dies eine wichtige Informationsquelle darstellt.**

## DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION KUNDENANTWORTFORMULAR

Hiermit wird der Erhalt der oben erwähnten Meldung zum freiwilligen Rückruf vom Mai 28 2021 bestätigt.

### Produkt Details:

Bausch + Lomb ruft freiwillig nur die in diesem Schreiben beschriebenen Produktchargen (Anhang 1) zurück. Diese beinhalten Biotrue® All-in-one, ReNu® MPS Sensitive Eyes®, ReNu® MultiPlus® Fresh Lens Comfort, Boston® Advance Cleaner, Boston® Advance Conditioner, Boston® Simplus, Sensitive Eyes® Kochsalzlösung, EasySept®, Ophtaxia® Augenspüllösung, Sensitive Eyes® Augenbefeuchtungslösung und die dazugehörigen Private Label Marken.

### Bitte prüfen und bestätigen (X) Sie die folgende Erklärung:

- Wir haben den beiliegenden dringenden Sicherheitshinweis für unseren Bereich geprüft und nehmen die Warnung zur Kenntnis.

### Bitte prüfen und bestätigen (X) Sie eine der folgenden Aussagen, die auf Ihre Einrichtung zutrifft:

- Wir haben keine dieser Produktchargen in unserem Bestand.
- Wir haben diese Produktchargen in unserem Bestand. Wenn angekreuzt, bitte die untenstehende Tabelle ausfüllen.

Bitte geben Sie die folgenden Informationen für alle betroffenen Produktchargen an, die in Ihrer Einrichtung identifiziert wurden:

Produkte	LOT-Nummer	Zurückgeschickte Menge
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biotrue® multi-purpose solution (60mL, 120mL, 240mL, 300mL, 360mL, 480mL)</li> <li>Biotrue® multi-purpose solution flight pack (60mL, 2 X 60mL)</li> <li>Biotrue® multi-purpose solution (2 X 300mL, 2 X 300mL + gift, 3 X 300mL, 4 X 300 mL, 1 X 300mL + 1 X 60mL, 2 X 300mL + 1 X 60mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, 260mL, 360mL, 500mL, and 3 X 240mL)</li> <li>ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes flight pack (2 X 60mL)</li> <li>ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (2 X 360mL, 3X360mL, 4 X 240mL, 4 X 360mL, 6 X 240mL, 6 X 360mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL)</li> <li>ReNu® multi-purpose formule classique 60mL, 120mL, 360mL, 3 X 360mL, 4 X 360mL, 6 X 360mL)</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 500mL, 2 X 360mL, 2 X 500mL, 3 X 360mL, 3 X 240mL, 4 X 240mL, 6 X 240mL, 1 X 500mL + 1 X 60mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL, 3 X 360ml + 120mL)</li> <li>• ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort flight pack (2 X 60mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EasySept® contact lens solution (120mL, 360mL, 2 X 360mL, 3 X 360mL)</li> <li>• Easysept and Saline (2 X 360mL + 1 X 360mL saline, 5 X 360mL + 1 X 260mL saline)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensitive Eyes® contact lens solution plus Saline (240mL, 360mL,500mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boston® SIMPLUS Multi Action Solution (60mL, 120mL, 360ml, 340mL, 3 X 120mL)</li> <li>• Boston® Multi Action Solution Special Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner (30mL &amp; 4 X 30mL)</li> <li>• Boston®/Boston® ADVANCE Conditioning Solution (120mL &amp; 4 X 120mL)</li> <li>• Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Multipack (3 X 30mL &amp; 3 X 120mL, 1 X 120mL+ 1 X 30mL)</li> <li>• Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL &amp; 30mL, 15mL + 30mL, 1 X 30mL+ 1 X 30mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensitive Eyes® eye lubricant solution (15mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ophthaxia® eye wash solution (120mL)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbundene Private Label Marken und Produkte:</li> <li>• OCULSOFT COMFORT Conditioner (120mL)</li> <li>• AQUA+ Kombilösung MIT HYALURON (360mL)</li> <li>• Aqua+ Bio Clear (360mL)</li> <li>• OCULSOFT COMFORT Cleaner (30mL)</li> <li>• eye2 INTENS (360mL)</li> <li>• VEOcare Peroxid (360mL)</li> <li>• Your lens (360mL)</li> <li>• Krass easy soft (120mL, 360mL)</li> <li>• Sicher SEHWasser SICHTBETONT Kombilösung (360mL)</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"><li>• Ocusept (120mL, 360mL)</li><li>• VEOcare MPS (2 X 300mL)</li><li>• eye2 B.LITE (2 X 360mL)</li><li>• AQUA+ Komfort Sept (360mL)</li></ul>		
---	--	--

Ich bestätige hiermit, dass ich alle von diesem Rückruf betroffene Produkte aus meiner Einrichtung entfernt habe, um den Verkauf sowie die Verwendung zu verhindern, und dass ich mich mit Sedgwick in Verbindung setzen werde, um die Abholung der identifizierten Produkte zu vereinbaren und [Anweisungen zur Materialrücksendegenehmigung zu erhalten](#).

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Name (Druckbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
Bausch + Lomb Kundennummer

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Name der Einrichtung

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

**Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben an:**




**Email:** [BLRecall@Sedgwick.com](mailto:BLRecall@Sedgwick.com).

Bei Fragen zu diesem Schreiben, rufen Sie bitte Sedgwick unter 0800-6270966 an.

**Geheimhaltungserklärung:** Bei den in dieser Nachricht enthaltenen Informationen handelt es sich um vertrauliche Informationen, die für die Verwendung der oben genannten Adresse bestimmt sind. Wenn Sie weder der vorgesehene Empfänger, noch der für die Zustellung dieses Schreibens, an den vorgesehenen Empfänger, verantwortliche Mitarbeiter oder Beauftragte sind, werden Sie hiermit darauf hingewiesen, dass jegliche Offenlegung, Vervielfältigung, Verteilung oder das Ergreifen von Maßnahmen im Hinblick auf den Inhalt der Informationen streng verboten ist. Sollten Sie dieses irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend telefonisch, um die Rücksendung des Originaldokuments an uns zu veranlassen.







## DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION

Tabelle 1 – Informationen zum zurückgerufenen Produkt*	
Verfallsdaten	Mai 2021 – Februar 2024
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biotrue® multi-purpose solution (60mL, 120mL, 240mL, 300mL, 360mL, 480mL)</li> <li>• Biotrue® multi-purpose solution flight pack (60mL, 2 X 60mL)</li> <li>• Biotrue® multi-purpose solution (2 X 300mL, 2 X 300mL + gift, 3 X 300mL, 4 X 300mL, 1 X 300mL + 1 X 60mL, 2 X 300mL + 1 X 60mL)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, 260mL, 360mL, 500mL, and 3 X 240mL)</li> <li>• ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes flight pack (2 X 60mL)</li> <li>• ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes (2 X 360mL, 3X360mL, 4 X 240mL, 4 X 360mL, 6 X 240mL, 6 X 360mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL)</li> <li>• ReNu® multi-purpose formule classique (60mL, 120mL, 360mL, 3 X 360mL, 4 X 360mL, 6 X 360mL)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boston® SIMPLUS Multi Action Solution (60mL, 120mL, 3 X 120mL, 360ml, 340mL)</li> <li>• Boston® Multi Action Solution Special Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort (60mL, 120mL, 240mL, 360mL, 500mL, 2 X 360mL, 2 X 500mL, 3 X 360mL, 3 X 240mL, 4 X 240mL, 6 X 240mL, 1 X 500mL + 1 X 60mL, 2 X 360mL + 1 X 60mL, 3 X 360 + 1 X 60mL, 3 X 360ml + 120mL)</li> <li>• ReNu® MultiPlus multi-purpose solution fresh lens comfort flight pack (2 X 60mL)</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boston®/Boston® ADVANCE Cleaner (30mL &amp; 4 X 30mL)</li> <li>• Boston®/Boston® ADVANCE Conditioning Solution (120mL &amp; 4 X 120mL)</li> <li>• Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Multipack (3 X 30mL &amp; 3 X 120mL, 1 X 120mL+ 1 X 30mL)</li> </ul>	 <p>Sensitive Eyes® contact lens solution plus Saline (240mL, 360mL, 500mL)</p>

Tabelle 1 – Informationen zum zurückgerufenen Produkt*	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Boston® ADVANCE Cleaner Conditioning Solution Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL &amp; 30mL, 15mL + 30mL, 1 X 30mL + 1 X 30mL)</li> </ul>	
 <p>EasySept® contact lens solution (120mL, 360mL, 2 X 360mL, 3 X 360mL) Easysept and Saline (2 X 360mL + 1 X 360mL saline, 5 X 360 + 1 X 260mL saline)</p>	 <p>Ophthaxia® eye wash solution (120mL)</p>
 <p>Sensitive Eyes® eye lubricant solution (15mL)</p>	
<p><i>*Die Bilder im Abschnitt „Details zum zurückgerufenen Produkt“ sind nur Beispiele. Die Produkte oder Verpackungen dieser Produkte können sich je nach Region/Land unterscheiden.</i></p>	

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für die Flaschen- und Verpackungskartonetiketten, die die LOT-Nummer und das Verfallsdatum, für eine einfache Identifikation des Produkts, enthalten. Die LOT-Nummer besteht aus zwei Buchstaben und vier Ziffern (AA####) und das Verfallsdatum ist das vierstellige Jahr, Bindestrich, zweistelliger Monat (JJJJ-MM).

Beispiele für Etiketten:

Charge und Verfallsdatum auf dem Flaschenetikett	Charge und Verfallsdatum auf dem Verpackungskartonetikett
<p><small>Verwendungsanleitung für Zerstosser C mit Flusidol. Verwenden Sie diesen Zerstosser nur für die Zwecke, für die er vorgesehen ist.</small></p> <p><b>CONSULTE O FOLHETO INFORMATIVO PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A SEGURANÇA.</b></p> <p><b>Guarde à temperatura ambiente. Utilize antes da data de validade impressa na caixa e frasco. Deste fora qualquer solução restante 90 dias após a abertura.</b></p> <p>ESN8B4000W LAUCESP02</p> <p> <b>LOT</b></p> <p>AA#### YYYY-MM</p> <p></p>	<p><small>DO NOT USE IF EXPIRES EXISTENT SEAL OR NOCTILES BRUSH OR MISSING INSTRUCTIONS. DO NOT USE IF EXPIRES EXISTENT SEAL OR NOCTILES BRUSH OR MISSING INSTRUCTIONS. DO NOT USE IF EXPIRES EXISTENT SEAL OR NOCTILES BRUSH OR MISSING INSTRUCTIONS.</small></p> <p>PORTUGAL</p> <p> 6 4 1 4 4 1 7</p> <p> <b>LOT</b></p> <p>AA#### YYYY-MM</p> <p>SPAIN C.N. 174926.0</p> <p> 8 470001 749260</p> <p> 7 391899 236940</p>



## DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION

### Liste der betroffenen Produktchargen

#### Anhang 1

Product Name	Lot number	Quantity Shipped	Order Number 2
54084663 Renu MPS 60 ml French-Dutch-German	ME2473	24	AUSTR00027194920001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	ME3373	80	DMBLV00070535940001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	MD3008	540	DMBLV00067577140001
71084986 Biotrue MPS 360 ml PL AQUA+ Kombilösung MIT HYALURON	ME3780	24	AUSTR00027134740001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF1756	10	DMBLV00072842310001
34085316 Boston Conditioner 1X30 + 1X10 cleaner German	MF0528	12	DMBLV00072193500001
34085316 Boston Conditioner 1X30 + 1X10 cleaner German	MF0528	36	DMBLV00072193500001
34085316 Boston Conditioner 1X30 + 1X10 cleaner German	MF0528	600	DMBLV00072542760001
71084986 Biotrue MPS 360 ml PL AQUA+ Kombilösung MIT HYALURON	MF1800	24	AUSTR00027391910001
71084986 Biotrue MPS 360 ml PL AQUA+ Kombilösung MIT HYALURON	MF1800	24	AUSTR00027391910001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	ME0267	792	DMBLV00068646620001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	ME0267	540	DMBLV00068646620001
31083791 Boston Cleaner 30 ml French-Dutch-German-Italian	MF0522	36	DMBLV00072193500001
31083791 Boston Cleaner 30 ml French-Dutch-German-Italian	MF0522	36	DMBLV00072193500001
31083791 Boston Cleaner 30 ml French-Dutch-German-Italian	MF0522	36	DMBLV00072193500001
31083791 Boston Cleaner 30 ml French-Dutch-German-Italian	MF0522	36	DMBLV00072193500001

Product Name	Lot number	Quantity Shipped	Order Number 2
31083791 Boston Cleaner 30 ml French-Dutch-German-Italian	MF0522	36	DMBLV00072193500001
34085315 Boston Conditioner 1X120 + 1X30 cleaner German	MF3240	100	DMBLV00073953210001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	ME2164	360	DMBLV00070535940001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	ME2164	972	DMBLV00070535940001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	MF3793	12	DMBLV00074868370001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	MF3793	36	DMBLV00074868370001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	MF3793	36	DMBLV00074868370001
31083687 Boston Conditioner 120 ml German	MF3793	36	DMBLV00074868370001

**Anhang 2  
Verbraucherhinweis**

**- ACHTUNG VERBRAUCHERHINWEIS -****Bausch + Lomb führt einen freiwilligen Rückruf bestimmter Chargen seiner Kontaktlinsenlösungen, augenspülender und augenbefeuchtender Produkte durch.**

Ausschließlich Produkte, die in Italien produziert wurden, sind von dem Rückruf betroffen.

Dieser Rückruf folgt einer Benachrichtigung über ein Compliance-Problem mit dem Sterilisationsprozess, die Bausch + Lomb von einem seiner Drittlieferanten in Mailand, Italien, erhalten hat, der einige Komponenten (Flaschen, Stopfen und Deckel) dieser Produkte vor der Herstellung sterilisiert. Bausch + Lomb ist eines von vielen Unternehmen, das von diesem Umstand betroffen ist.

Obwohl ein geringes Infektionsrisiko für diese Produkte besteht, haben wir uns entschieden, einige Chargen unserer Produkte freiwillig zurückzurufen, da wir die Einhaltung der Prozess-Compliance-Anforderungen des Lieferanten für einige Komponenten dieser Produkte nicht bestätigen können.

Bitte nutzen Sie den untenstehenden QR Code oder besuchen Sie [BLRecall.expertinquiry.com](http://BLRecall.expertinquiry.com) für weitere Informationen.

